

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

č.j. 3/2012/W-H (MID)

Prohlášení a shodě vydává

Obchodní jméno: Itron Czech Republic s.r.o.
Sídlo: Naskové 3, 150 00 Praha 5
IČO: 492 45 767

jako dovozce výrobku

Název: Jednotokový suchoběžný vodoměr na studenou vodu
Typ: Flostar-M
Výrobce: ITRON SAS, Haguenau, Francie
Výrobní číslo: dle záručního listu

Popis a určení funkce výrobku: Vodoměr, měřidlo proteklého objemu vody.

Prohlašuji a potvrzuji, že

A. Uvedený výrobek je za podmínek obvyklého a v návodu k používání určeného použití bezpečný a že spolu s výrobcem byla přijata opatření, kterými je zabezpečena shoda všech výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací, se základními požadavky nařízení vlády, která se na něj vztahují a s požadavky technických předpisů uvedených v části B

B. Vlastnosti tohoto výrobku splňují technické požadavky, které se na něj vztahují a které jsou uvedeny v:

ČSN EN 14154-1+A1 Vodoměry, nařízení vlády č. 464/2005 Sb
Zákoně 258/2000 Sb, vyhlášce MZČR 409/2005 Sb. o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou. Vyhlášce MZČR 252/2004 Sb. kterou se stanoví požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody.

C. Posuzování shody bylo provedeno postupem stanoveným v:
zákoně 505/1990 Sb o metrologii, nařízení vlády č. 464/2005 Sb.; zákoně 258/2000 Sb.; vyhlášce MZČR 409/2005 Sb. o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou, vyhlášce MZČR 252/2004 Sb. kterou se stanoví požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody.

D. Posouzení shody výrobku bylo provedeno na základě:
Schválení typu měřidla a přidělení úřední značky LNE 11437. Posouzením zdravotní bezpečnosti Státním zdravotním ústavem, Praha 10, Šrobárova 48 (č.j. CHŽP-301/08 EX 080806 ze dne 22.7.2008).

E. Uvedený výrobek odpovídá těmto harmonizovaným českým technickým normám, které byly použity při posuzování shody:

ČSN EN 14154-1+A1

Prohlášení je platné pouze se značkou shody **CE [MX] 0071** na měřidle kde M je metrologická značka, XX rok výroby (ověření) a 0071 číslo notifikované osoby

V Praze 30.3. 2012

Itron

Itron Czech Republic s.r.o.
Naskové 3/1100, 150 00 Praha 5
IČO: 49245767, DIČ: CZ49245767

①

Ing. Pavel Bureš
ředitel společnosti

Tel: +420 257 189 801, Fax: +420 257 189 818

Itron Czech Republic s.r.o. IČO 492 45 767 DIČ 005-492 45 767

Itron Czech Republic s.r.o. byla zapsána do obchodního rejstříku vedeného u Městského obchodního soudu v Praze oddíl C vložka 20722 dne 27.května 1993.